

## ساخت و بهینه سازی لیزر هوا جهت کاربردهای پزشکی

## خلاصه

زمینه و هدف: لیزرهای نیتروژن در پزشکی کاربردهای زیادی دارند. نیتروژن مورد استفاده در این لیزرها باید درصد خلوص بالایی داشته باشد. استفاده از هوا بعنوان ماده فعال لیزر بعلت سهم تقریباً ۷۵ درصدی نیتروژن در آن وسوسه برانگیز است. در صورت امکان دستیابی به عمل لیزر در هوا، کاربردهای زیاد و گسترده ای از آن بعلت ارزان و در دسترس بودن هوا در ایران و جهان خواهد شد. در این مقاله سعی بر این است که امکان دستیابی به عمل لیزر در هوا بصورت تئوری و عملی بررسی شود. این لیزر که بعنوان لیزر هوا معرفی می شود. در درمان بیماری های غدد لنفاوی و سینوس ها و راه اندازی لیزر رنگ برای درمان ضایعات عروقی، درمان لیزری سطح پایین (LLLT)، سل چندگانه مقاوم در برابر داروی ریوی، اثرات بیولوژیکی تزریقات داخل وریدی، افزایش فعالیت بیوسایدی نوتروفیل های انسانی در باکتری های داخلی، مهار رشد میکروبها در شرایط آزمایشگاهی، تغییر رشد کاندیدا آلبیکانس، مرگ برنامه ریزی شده گلبول های سفید چندهسته ای و فعالیت سلول های بیگانه خوار بزرگترین گلبول سفید در جریان خون و ... کاربرد خواهد داشت.

**روش بررسی:** ابتدا انواع لیزرهای نیتروژن مورد بررسی قرار می گیرد. سپس عوامل مؤثر در توان خروجی آنها شناسایی می شود. با بهینه سازی پارامترهای مؤثر، لیزر نیتروژن کارآمدی ساخته می شود. در این مرحله اکسیژن را به لیزر نیتروژن کاملاً بهینه شده تزریق کرده و رفتار توان خروجی مورد بررسی قرار می گیرد. با تغییر عوامل مؤثر در توان خروجی لیزر نیتروژن کاملاً بهینه شده، سعی می شود که در درصدهای بالای اکسیژن عمل لیزر در نیتروژن مشاهده شود. در این حالت هوا به لیزر تزریق می شود. با تغییر مجدد پارامترهای لیزر سعی می شود که در فشارهای مختلف هوا، عمل لیزر در هوا مشاهده شود.

**یافته ها:** با مطالعه تمام پارامترهای مؤثر بر توان خروجی لیزر نیتروژن و اعمال آنها، لیزر هوایی ساخته شده است که در فشار هوا و طول موج ۳۳۷nm بصورت پالسی کار می کند. علت خاموشی لیزر نیتروژن در اثر اضافه شدن مؤلفه  $O_2$  بصورت تئوری و عملی بررسی شده و فشار خاموشی  $P_{O_2}$  بصورت تابعی از  $P_{N_2}$  بدست آمده است. در درصدهای خیلی کم  $O_2$  علت افزایش توان خروجی نیز محاسبه گردیده است.

**نتیجه گیری:** با بهینه سازی و تغییر پارامترهای لیزرهای نیتروژن، لیزر هوایی ساخته شده است که با استفاده از هوا در فشارهای کمتر، مساوی و بیشتر از فشار هوا کار می کند، این لیزر در پزشکی کاربردهای زیادی خواهد داشت.

**واژه های کلیدی:** لیزر هوا، اثر اکسیژن

محمدرضا رضائی<sup>۱</sup>

علیرضا بهرام پور<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup>بخش فیزیک، دانشکده شهید چمران کرمان

<sup>۲</sup>دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

نویسنده مسئول: محمدرضا رضائی، کرمان، خیابان گلدهشت، کوچه




۴۸، پلاک ۱۹، کدپستی: ۷۶۱۷۶۳۳۸۹

تلفن: ۰۹۱۳۳۴۲۵۹۳۸ - ۰۳۴۱ - ۳۲۲۰۴۴۴

پست الکترونیک: mohamadreza45@gmail.com

## مقدمه

مرز ۵٪ عمل لیزر متوقف می گردد [۲]. در فشارهای ۵۰torr و ۴۰ و ۳۰ اگر درصد اکسیژن به ترتیب ۲۵٪ و ۱۵٪ و ۵٪ باشد انرژی خروجی ماکزیمم می گردد و با عبور از این درصدها عمل لیزر متوقف می گردد. برای بررسی علت این امر با مطالعه چگالی جمعیت مؤلفه های مختلف در تخلیه  $N_2+O_2$  می توان نتیجه گرفت که یون غالب در تخلیه، یون  $O_2^+$  می باشد یون های  $N^+$  و  $N_2^+$  در رتبه های بعدی قرار دارند [۳]. غالب شدن یون  $O_2^+$  ناشی از فرآیند سه مرحله ای زیر است.



امکان دستیابی به عمل لیزر در هوا در فشارهای کمتر از ۵۰torr و با توان خروجی خیلی کم گزارش شده است [۱]. ولی تاکنون هیچ گزارشی از دست یابی به عمل لیزر در فشار آتمسفر منتشر نشده است. هوا مخلوطی از گازهای اکسیژن ۲۳٪، نیتروژن ۷۵٪ و گازهای دیگر است. به علت ساخته شدن لیزر نیتروژن در فشار هوا بنظر می رسد که مؤلفه اکسیژن نقش مهمی در عدم دسترسی به عمل لیزر در فشارهای بیشتر از ۵۰torr دارد. اثر اکسیژن بر لیزر  $TEA N_2$  را به صورت تئوری و تجربی مورد بررسی قرار داده ایم.

## نتایج بررسی تئوری

اگر در فشار ۶۷۵torr لیزر نیتروژن درصد اکسیژن از ۱ تا ۰/۳٪ تغییر کند توان خروجی به میزان ۵۰٪ افزایش می یابد و با عبور از

$$P_{O_2} > \frac{K_1 + PK_2}{K_2 + K_3}$$

به طور مثال در فشار  $P=760\text{torr}$  و با استفاده از مقادیر  $K1, K2, K3$  [۵] داریم.

$$P_{O_2} > 35\text{torr}$$

در نتیجه اگر درصد گاز  $O_2$  در ترکیب بیشتر از  $\frac{P_{O_2}}{P} = \frac{35}{760} \cong 3\%$  باشد عمل لیزر در اثر اضافه شدن  $O_2$  خاموش خواهد شد، چون تراز  $C^3\pi_u$  واهلش شدیدی از خود نشان می دهد. این بررسی تئوری مطابق با نتایج عملی [۶] می باشد. با مطالعه تراز  $B^3\pi_g$  و محاسبه مقدار ثابت آهنگ کاهش برانگیختگی این تراز و در فشار  $760\text{ torr}$ ، در صورتی واهلش تراز  $B^3\pi_g$  اتفاق می افتد که  $P_{O_2} > 79\text{ torr}$  باشد.

در نتیجه در فشارهای خیلی کم اکسیژن، اکسیژن توان خروجی را به علت غالب شدن یون های  $O_2^+$  افزایش می یابد در فشارهای بالاتر اکسیژن ابتدا واهلش تراز  $C^3\pi_u$  و سپس واهلش تراز  $B^3\pi_g$  عمل لیزر را متوقف می کند با رسم  $P_{O_2}$  بر حسب  $P_{N_2}$  در شرایط مرزی  $P_{O_2} = \frac{K_1 + PK_2}{K_2 + K_3} = \frac{K_1 + K_2 P_{N_2}}{K_3}$  می بینیم که در ناحیه کوچکتر از  $P_{O_2}$  مرزی تخلیه بصورت گلو، در نواحی مرزی بصورت گلوی تقویت شده (که باعث افزایش توان خروجی می شود) و در ناحیه بیشتر از مقدار  $P_{O_2}$  مرزی گلو به جرقه تبدیل شده و شدت واهلش افزایش می یابد.

### نتایج بررسی عملی

با مطالعه انواع لیزرهای نیتروژن، لیزر  $TEA N_2$  را مورد بررسی دقیق قرار داده و تمام پارامترهای مؤثر بر توان خروجی را تأثیر داده ایم، پارامترهای از قبیل:

- ۱- وابستگی انرژی خروجی به:
  - (a) طول الکترودهای تخلیه [۷].
  - (b) فاصله الکترودها [۸].
  - (c) آهنگ تکرار [۹].
  - (d) ضریب انعکاس پنجره خروجی [۱۰].
  - (e) محل قرار گرفتن آینه و پنجره خروجی [۱۱].
  - (f) زاویه بین الکترودهای اصلی [۱۲].
- ۲- انتخاب مناسب شارش گاز از فضای بین الکترودها [۱۳].
- ۳- قطر و تعداد سوراخ های کانال تخلیه [۱۴].
- ۴- کاهش واگرائی خروجی [۱۵].
- ۵- وابستگی شکل پالس به زاویه بین الکترودها [۱۶].

احتمال تولید مستقیم یون  $O_2^+$  در اثر برخورد مستقیم الکترون حدود  $\frac{1}{20}$  فرآیند سه مرحله ای بالاست [۴]. بعلاوه اینکه حدود ۵٪ از

ملکول های  $O_2$  به  $O_2^+$  تبدیل می شوند مولفه اکسیژن پلاسما تخلیه را تغییر می دهد [۴]. غالب شدن یون  $O_2^+$  باعث افزایش  $E/N$  تخلیه شده و عمل پمپ تراز  $C^3\pi_u$  نیتروژن کارآمدتر می شود [۴] و همچنین اثر خیلی مهمی بر مشخصات ولتاژ و جریان تخلیه می گذارد. برای اینکه این اثر را مورد مطالعه قرار دهیم فرض می کنیم که فرآیندهای یونیزاسیون و ترکیب مجدد فرآیندهای موجود برای تولید و کاهش الکترون ها باشند. با نوشتن معادله حاکم بر تغییرات چگالی الکترون ها نسبت به زمان و در حالت تعادل پایدار نسبت چگالی یون های مثبت در حضور مؤلفه اکسیژن و در غیاب مؤلفه اکسیژن برابر است با:

$$R = \frac{[ion^+]^{N_2+O_2}}{[ion^+]^{N_2}} = \frac{E^{(N_2+O_2)}}{E^{N_2}} = (1+ax)(1-b)$$

$$a = \frac{K'_{ion}}{K'_{ion}}, \quad b = \frac{K'_r}{K'_r + K''_r}, \quad x = \frac{[O_2]}{[N_2]}$$

ضرایب  $a, b$  تابعی از ضرایب یونیزاسیون اکسیژن و نیتروژن و ضرایب ترکیب مجدد اتم نیتروژن، مولکول نیتروژن و اکسیژن می باشد  $(K_r, K'_r, K''_r)$ . با تغییر درصد  $O_2$  در صورتیکه  $R > 1$  باشد توان خروجی در اثر افزایش  $E/N$  تخلیه افزایش می یابد در نتیجه:

$$(1+ax)(1-b) > 1$$

$$x = \frac{[O_2]}{[N_2]} > b/a \cong 0.3\%$$

با افزایش درصد اکسیژن به بیشتر از مقدار بالا توان خروجی افزایش می یابد.

حال برای بررسی علت خاموشی عمل لیزر در اثر اضافه شدن درصد  $O_2$  به بیشتر از مقدار بالا فرض می کنیم که عکس طول عمر تراز  $C^3\pi_u$  در ترکیب  $N_2+O_2$  بصورت زیر باشد.

$$\frac{1}{\tau} = K_1 + K_2 P_{N_2} + K_3 P_{O_2}, \quad P = P_{O_2} + P_{N_2}$$

مقادیر  $K1, K2, K3$  مشخص است [۸]. در غیاب مؤلفه  $O_2$  عکس

طول عمر تراز  $C^3\pi_u$  برابر است با

$$\frac{1}{\tau} = K_1 + K_2 P_{N_2}$$

در صورتیکه زمان واهلش  $\frac{1}{K_3 P_{O_2}}$  از طول عمر تراز  $C^3\pi_u$  در

غیاب مؤلفه  $O_2$  کوچکتر باشد، واهلش در هنگام عمل لیزر در کاهش جمعیت تراز  $C^3\pi_u$  مؤثر خواهد بود.

با ترکیب معادلات بالا می توان نتیجه زیر را گرفت:



$$\frac{1}{K_2 P_{O_2}} < \frac{1}{K_1 + K_2 P_{N_2}}$$

توان خروجی لیزر هوای ساخته شده بر حسب فشار هوا در شکل شماره (۲) رسم شده است.

نسبت  $E/P$  مناسب برای لیزرهای نیتروژن در حدود  $V/\text{torr}\cdot\text{cm}$   $120-80$  گزارش شده است. در لیزر هوای ساخته شده این نسبت برابر است با:

$$E/P = \frac{\tan \alpha}{d} = \frac{7/5 * 1000}{200 * 4 * 10^{-1}} = 92.5 \text{ V / Cm . torr}$$

بنابراین با افزایش ولتاژ می توان در فشارهای بالاتر از فشار هوا نیز به عمل لیزر در هوا دست یافت.



شکل ۲- (a) اثر اکسیژن بر توان خروجی لیزر هوا (b) توان خروجی بر حسب فشار هوا

۶- تبدیل تخلیه کرونا به گلو و ایجاد تخلیه کرونای پیش یونش کننده [۱۷].

۷- اثر فشار بر پهنای پالس [۱۸].

۸- فاصله الکترودها تیز تا الکترودهای دیگر [۱۹].

۹- سیستم های پیش یونش کننده [۲۰].

۱۰- برای از بین بردن یونیزاسیون باقی مانده، جریان گاز را در کانال تخلیه، عرضی در نظر گرفتیم.

۱۱- الکترودهای اصلی که برای ساخت آنها وقت زیادی صرف شده است (نزدیک ۲ سال) [۲۱].

۱۲- آینه های انعکاسی از جنس آلومینیوم.

۱۳- بدنه از جنس پلکسی گلاس به ضخامت ۲cm.

۱۴- پنجره خروجی از جنس کوارتز [۲۲].

۱۵- جلوگیری از تولید جرقه با تغییر مقاومت اصلی.

۱۶- اسپارک گپ از نوع P-gup می باشد و وقت زیادی برای طراحی آن صرف شده است [۲۳].

۱۷- مناسب ترین دی الکتریک، فیلم رادیولوژی آغشته به روغن HV.

۱۸- مناسب ترین شکل صفحات خازن برای تخلیه یکنواخت صفحات بیضی شکل است.

شماتیکی از لیزر هوا بصورت زیر است (شکل شماره ۱).



شکل ۱- شماتیکی از لیزر هوا (a) صفحه بالایی خازن (b) دی الکتریک (c) الکترودهای لیزر (d) اسپارک گپ (e) صفحات پایینی خازن (f) سیستم پیش یونش کننده uv

برای دست یابی به عمل لیزر در هوا ابتدا  $O_2$  را به لیزر TEA  $N_2$  کاملاً بهینه سازی شده تزریق کرده ایم و نمودارهای زیر حاصل شده است (شکل شماره ۱). بعد از خاموشی عمل لیزر پارامترهای مؤثر در افزایش توان خروجی را به صورت تجربی تغییر دادیم. سخت ترین مرحله دست یابی به عمل لیزر در هوا در فشار اتمسفر بود که تنظیم، تغییر و اصلاح پارامترهای مؤثر وقت و انرژی روحی زیادی برده است.

## منابع

1. Willett C. S, Litynski D. M. Power increase of N2 UV and IR lasers by addition Of SF6. Applied Physics Letters 1975; 26(1): 118-20.
2. Kunabenchi R.S, Gorbali M.R, Savadatti M.I. Simple nitrogen laser. Am J Appl Phys 1982; 5(6): 568.
3. Von Bergmann H, Hasson V, Preussler D. Pulsed corona excitation of high-power uv nitrogen lasers at pressures of 0-3 bar. Appl Phys Lett 1975; 21(10): 553.
4. Christorou L.G. Electron-molecule Interactions and Their Applications. Academic press London 1983; 2: 1-400.
5. Itikawa Y, Hayashi M, Ichimura A, Onda K, Sakimoto K, Takayanagi K, Nakamura M, Nishimura H, Takayanagi T. Cross Sections for Collisions of Electrons and Photons with Nitrogen Molecules. J Phys Chem Ref 1986; 15 (3): 985-1010.

6. Phelps A.V. Tabulations of Collision Cross Sections and Calculated Transport and Reaction Coefficients for Electron Collisions with O<sub>2</sub>. JILA Report Number 28, University of Colorado, Boulder, CO 1985
7. Millet P, Salamero Y, Brunet H, Galy j, Blanc D, Teysier J.L. De-excitation of N<sub>2</sub> (C3πu; v'=0 and 1) levels in mixtures of oxygen and nitrogen. J Chem Phys 1973; 58(12):1423-7.
8. Mcfarlane R.A, IEEE J. 4B7-precision spectroscopy of new infrared emission systems of molecular nitrogen. QE Electron 1966; 2 (8) :229-232
9. Tarasenko V.F, Fedorov A.I, Bychkov Yu. I. High-power nitrogen laser. Sov J Quantum Electron 1974; 4(5): 674-9.
10. IMRE Santa, Laszlo Kozma Bela Nemeth, Janos Helbling and M.R. Gorbai. Experimental and theoretical investigation of a traveling wave excited TEA Nitrogen laser. Ieee J Quantum electronic 1986; 22(11): 2174 - 80
11. Von Bergmann H, Penderis A.J. Miniaturized atmospheric pressure nitrogen laser. J Phys E Sci Instrums 1977; 10: 602-9.
12. Vazquez.Martinez A, Abaites V. High-efficiency low-pressure Blumlein nitrogen laser. IEEE J Quant Electr 1993; 29(8): 2364-71.
13. Silvana Vianna R, Wolfram B. A small rugged nitrogen laser for instrumentation. Review of Scientific Instruments 1993; 64(1): 63-70.
14. Cubeddu R, Desilvestri S. A simple and reliable atmospheric pressure nitrogen laser. Opt Quant Elect 1979; 11: 276-81.
15. Baby T, Ramachandran T, Sathianandan K, Nampoore V.P.N, Allabhan C.P.G. High power N<sub>2</sub> laser with a modified gas flow system and discharge geometry. Review of Scientific Instruments 1991; 62(9): 2076-9.
16. Neukum J, Heber J, Haschka H-J, Umhofer-Strobel U, Tang Xiao. A compact nitrogen laser for long-term stable operation. Meas Sci Technol 1992; 3:1198-203.
17. Baranov S.V, Bystritskiĭ V.M, Kozhevnikov A.V, Sulakshin S.S. Investigation of an Ar-N<sub>2</sub> laser pumped by an intense proton beam. Sov J Quant Electron 1982; 12:244-8.
18. Santa I, Racz B, Kozma L, Nemet B, Actauniv, Szeged. Investigations of uv TEA N<sub>2</sub> lasers. Acta Phys Chem 1978; 24:395-403.
19. Von Bergmann H.M, Hasson V. Gain, fluorescence and energy extraction characteristics of photostabilised atmospheric pressure UV nitrogen lasers. J Phys D Appl Phys 1978; 11:2341-7.
20. Basting D, Schafer F.P, Steyer B. A simple, high power nitrogen laser. Opto-Electro 1972; 4:43-9.
21. Leonard D.A. Airborne laser development. Avco Ressearch Repert 1970; 362: 198-205.
22. Dufour M, Egger H, Seelig W. High beam-quality TEA lasers. Optics Communications 1976; 19: 334-8.
23. Majumder S.K, Ghosh N; Gupta P.K. N<sub>2</sub> laser excited autofluorescence spectroscopy of formalin-fixed human breast tissue. Photobiology Biology 2005; 81(1): 33-42.
24. Chingusa, Iwasaki. A Two-Stage Spark Gap for Blumlein-Driven Transversely Excited Atmospheric Nitrogen Laser. IEEE J Quant Electron 1982; QE-18 (3): 423-8.
25. Bajpai A, Bhargava S, Gupta PK, Jain NK. A study of low-level nitrogen laser therapy in the treatment of non-responding tubercular lymphadenopathy and sinuses. Indian J Tuberc 2006; 53:229-31.
26. Tahra M. Leheta. Role of the 585-nm pulsed dye laser in the treatment of acne in comparison with other topical therapeutic modalities. Journal of Cosmetic and Laser Therapy 2009; 11(2): 118-124
27. Alok Dube, Jayasankar K, Prabakaran L, Kumar V, Gupta P. K. Nitrogen laser irradiation (337 nm) causes temporary inactivation of clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis. Lasers in Medical Science 2004; 19(1): 52-6.
28. Singh HMP. Low Level Laser Therapy (LLLT) With Nitrogen and Helium Neon Lasers in Multiple Drug Resistant Pulmonary Tuberculosis: A Preliminary Study, Laser Ther 1997; 9(4):173-180.
29. Puri MM, Myneedu VP, Jain RC. Nitrogen and Helium-Neon Laser Therapy in the Treatment of Drug-Resistant Pulmonary Tuberculosis. Laser Therapy 1995; 7(3):19-23
30. Bhagwanani NS, Bhatia GC, Sharma N. Low level nitrogen laser therapy in pulmonary tuberculosis. Journal of Clinical Laser Medicine and Surgery 1996; 14(1):23-5.
31. Provorov A. S, Kozhevnikova, T. A, Salmin V.V. Influence of UV Laser Radiation on the Main Subpopulations of the T-Lymphocytes. Laser Physics 2001; 11(11): 1212-6.
32. Sachdeva R, Bhagwanani N.S. The Biological Effect of Intravenous Nitrogen Laser Irradiation in an Experimental Rabbit Model. Laser Ther 1997; 9: 73- 8.

33. Sachdeva R, Bhagwanani N.S, Chitnis D.S. Low Incident Energy Levels of the Nitrogen Laser Enhances the Biocidal Activity of Human Neutrophils on Internalized Bacteria: An In Vitro Study. *Laser Ther* 1995; 7(3).122-127
34. Sachdeva R, Bhagwanani NS, Chitnis DS. The Nitrogen Laser Inhibits the Growth of Wide Range of Microbes in Vitro. *Laser Therapy* 1995; 7(1).31-36
35. Chen N. C. Effects of Nitrogen Laser Irradiation and Psoralen Phototoxicity on the Growth of *Candida Albicans*. *Laser Therapy* 1990; 2(2).21-25
36. Nanda Hemvani, Dhananjay Sadashiv Chitnis, Mini George, Shobha Chammania. In Vitro Effect of Nitrogen and He-Ne Laser on the Apoptosis of Human Polymorphonuclear Cells from Burn Cases and Healthy Volunteers. *Photomedicine and Laser Surgery* 2005; 23(5): 476-9.
37. Nanda Hemvani, Dhananjay Sadashiv Chitnis, Nijram Satramdas Bhagwanani. Helium-Neon and Nitrogen Laser Irradiation Accelerates the Phagocytic Activity of Human Monocytes. *Photomedicine and Laser Surgery* 2005; 23(6): 571-4.